

Федеральное бюджетное учреждение науки
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. ПАСТЕРА**
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера)
197101, Россия, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14. Телефон (812) 233-20-92, факс (812) 644-63-10
E-mail: pasteur@pasteuorg.ru; www.pasteuorg.ru
ОКПО 01967164, ОГРН 001037828006314; ИНН/КПП 7813047047/781301001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Питательной среды для визуального выявления *Mycoplasma hominis*
(МИКОПЛАЗМА-СРЕДА 25 мл)
по ТУ 9398-004-01967164-2009

НАЗНАЧЕНИЕ

МИКОПЛАЗМА-СРЕДА 25 мл предназначена для одноэтапного визуального выявления *Mycoplasma hominis* (*M.h.*) в отделяемом из цервикального канала и влагалища, в семенной жидкости, в секрете предстательной железы, в отделяемом уретры и в центрифугате мочи.

Питательная среда рассчитана на проведение 24 анализов в пробирках для микропроб.

ПРИНЦИП МЕТОДА

В основе метода лежит использование селективной питательной среды для выявления *M.h.*, которая обеспечивает оптимальные условия для роста *M.h.* при подавлении роста других микоплазм, дрожжеподобных грибов и большинства представителей бактериальной флоры, потенциально содержащихся в исследуемом образце. Наличие в среде pH-индикатора позволяет проводить визуальную оценку результатов исследования по изменению цвета питательной среды в процессе культивирования.

СОСТАВ

Питательная среда для выявления *M.h.*, лиофилизированная, 25 мл. 1 фл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения – класс 2а.

МИКОПЛАЗМА-СРЕДА 25 мл предназначена только для *in vitro* диагностики.

Входящие в состав питательной среды вещества инактивированы и безопасны. Однако исследуемые клинические материалы, а также сточные растворы, оборудование и материалы, находящиеся с ними в контакте, представляют собой потенциально инфекционный материал, и обращаться с ними следует, соблюдая технику безопасности.

Следует избегать любого контакта компонентов со слизистыми оболочками.

При работе с набором следует соблюдать СП 1.3.2322-08 и СанПиН 2.1.7.2790-10.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:

- Термостат, поддерживающий температуру 37±1 °C;
- дозаторы пипеточные;
- горелка газовая (спиртовка);
- вода дистиллированная;
- пробирки для микропроб;
- транспортная среда для урогенитальных микоплазм.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Приготовление жидкой питательной среды.

Во флакон с лиофилизированной питательной средой для выявления *M.h.* внести 25 мл дистиллированной воды. Содержимое флакона перемешать до полного растворения (в течение 1 минуты). Полученный прозрачный раствор зеленого цвета разлить по 0,9 мл в пробирки для микропроб, закрыть и хранить до применения при температуре 2-8 °C не более 7 суток или при температуре минус 7 °C и ниже не более 2 месяцев.

Перед проведением анализа пробирки со средой выдержать при комнатной температуре (18-25 °C) в течение 1 ч. Раствор в пробирках должен быть прозрачным, зеленого цвета.

В случае помутнения раствора или изменения его цвета пробирки со средой в работе не использовать!

2. Приготовление проб для исследования.

Для выявления *M.h.* пригодны следующие биологические материалы: отделяемое влагалища, отделяемое шейки матки, отделяемое уретры, сперма, центрифугат мочи. Забор проб осуществлять с помощью ложки Фолькмана или одноразового тампона (щетки)¹.

Исследуемые пробы внести пробирки, содержащие 0,5 мл транспортной среды для урогенитальных микоплазм. Пробирки с пробами закрыть, промаркировать и доставить в лабораторию. Время транспортировки не должно превышать 8-12 ч при температуре 6-10 °C. В лаборатории перенести 100 мкл раствора из пробирки с пробой в транспортной среде в пробирку, содержащую 0,9 мл жидкой питательной среды для выявления *M.h.*

В зависимости от целей исследования, дальнейшее определение может быть проведено в варианте качественного или полуколичественного анализа.

3. Качественный анализ.

Пробирки с исследуемыми пробами и одну пробирку без пробы (контроль питательной среды) поместить в термостат при температуре 37±1 °C. Учет результатов проводить через 24 ч. Окончательный учет результатов проводить через 72 ч.

Положительным результатом «+» считается появление фиолетовой окраски среды в пробирке с исследуемой пробой при сохранении зеленой (исходной) окраски в контрольной пробирке. Отсутствие изменения окраски среды в исследуемой пробе по сравнению с окраской среды в контрольной пробирке оценивается как отрицательный результат «-».

4. Полуколичественный анализ.

Для полуколичественной оценки титра делают два последовательных разведения исследуемой пробы с шагом 10. Для этого исходную пробирку с пробой, обозначенную K(++), втянуть и перенести из нее 100 мкл раствора в другую пробирку, обозначенную K(++) и содержащую 0,9 мл питательной среды для выявления *M.h.*, что соответствует разведению в 10 раз. Затем перенести 100 мкл раствора из пробирки K(++) в пробирку, обозначенную K(+) и содержащую 0,9 мл питательной среды для выявления *M.h.*, что соответствует разведению исследуемой пробы в 100 раз.

Три пробирки с пробами K(++), K(++) и K(+) и одну пробирку без пробы, обозначенную K(-) и содержащую 0,9 мл питательной среды для выявления *M.h.*, поместить в термостат при температуре 37±1 °C. Результаты анализа учитывать через 24 ч. Окончательный учет результатов проводить через 72 ч.

Появление фиолетовой окраски среды только в пробирке K(++) при отсутствии изменений в окраске среды в пробирках K(+), K(+) и K(-) указывает на то, что титр *M.h.* составляет не более 10^2 колониообразующих единиц в мл (КОЕ/мл). Появление фиолетовой окраски среды в двух пробирках K(++) и K(+) при отсутствии изменений в окраске среды в пробирках K(+) и K(-) указывает на то, что титр *M.h.* составляет не более 10^3 КОЕ/мл. Появление фиолетовой окраски среды в трех пробирках K(++, K(++) и K(+) при отсутствии изменения в окраске среды в пробирке K(-) свидетельствует о том, что титр *M.h.* составляет не менее 10^4 КОЕ/мл.

Отсутствие изменения окраски среды в трех пробирках с пробой K(++, K(++) и K(+)) по сравнению с окраской среды в контрольной пробирке K(-) считается отрицательным результатом «-».

Примечание: помутнение среды во время культивирования (при изменении или без изменения окраски в пробирках с исследуемыми пробами) свидетельствует о росте посторонней микрофлоры. Результаты исследования таких проб учету не подлежат и требуют повторного проведения анализа или дополнительного посева на плотную питательную среду для морфологической идентификации колоний *M.h.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКОПЛАЗМА-СРЕДА 25 мл следует хранить при температуре 2-8 °C в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до 25 °C не более 2 недель. Срок годности питательной среды – 12 месяцев.

Приготовленную питательную среду можно хранить при температуре 2-8 °C не более 1 недели или при температуре минус 7 °C и ниже не более 2 месяцев.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества изделия, следует обращаться в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 197101, Россия, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14.

Телефон (812) 233-20-92, факс (812) 232-92-17.

E-mail: pasteur@pasteuorg.ru; www.pasteuorg.ru.

¹ Методические указания от 11.03.2003 г. «Обеспечение качества подготовки образцов биологических материалов для цитологических исследований» МЗ РФ, Москва, 2003 г.